

UAB „EXOLITUS“

(Uždaroji akcinė bendrovė, Kaunas, Savanorių pr. 246-51, tel. nr.: +37066409669, el paštas: aiste.jekabsone@exolitus.com, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie pirkėją - Registrų centras, UAB „Exolitus“, įmonės kodas 305464858, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas 100014741314)

KONKURSO SĄLYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 UAB „Exolitus“ (toliau vadinama – Pirkėjas) vykdo pirkimą, įgyvendindama projektą „Egzosomų technologijos sveikatai“ (Nr. 02-019-K-0009), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis.

1.2 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo principais – laisvo prekių judėjimo, įsisteigimo laisvės, laisvės teikti paslaugas, lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei vienodo požiūrio, skaidrumo, proporcingumo ir abipusio pripažinimo principais, **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“**, (įskaitant, bet neapsiribojant 7 priedu „Pirkimų taisyklės“) (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas – laboratorinės įrangos nuomos paslaugos, kurių kiekiai (apimtis) ir savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje.

2.2. Jei techninėje specifikacijoje, apibūdinant pirkimo objektą, nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, gamyba ar standartas, laikytina, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

2.3. Pirkimo objektas skaidomas į tris dalis:

2.3.1. Pirmą dalį apima priede Nr. 1 nurodytą 1 prietaisą.

2.3.2. Antrą dalį apima priede Nr. 1 nurodytą 2 prietaisą.

2.3.3. Trečią dalį apima priede Nr. 1 nurodytus 3-14 prietaisus. Trečia dalis neskaidoma: tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visam 3-14 įrangos komplektui.

2.3.4. Tiekėjas gali pateikti atskirai kuriai nors daliai pasiūlymą arba kelioms/visoms dalims kartu.

2.4. Prekių pristatymo / paslaugų suteikimo / darbų atlikimo vieta – Gaižiūnų g. 4, Kaunas.

2.5. Pirkimui taikomi žaliams¹ pirkimams numatyti aplinkos apsaugos reikalavimai, kurie nurodyti techninėje specifikacijoje.

2.6. Atsakingas asmuo už pirkimą: Administracijos vadovė, Karolina Čeičė, +37065432978, karolina.ceice@exolitus.com.

3. REIKALAVIMAI DALYVIŲ KVALIFIKACIJAI²

3.1. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus (pasirinkti).

3.1.1. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir jų įrodymo dokumentai:

¹Pirkėjas, vykdydamas pirkimą, taiko žaliųjų pirkimų reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarime Nr. 1133 „Dėl Žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „[Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdančių žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo](#)“. Viešųjų pirkimų tarnyba konsultuoja žaliųjų pirkimų klausimais (<https://vpt.lrv.lt/lt/darnieji-pirkimai>)

² Neperkančioji organizacija, atsižvelgdama į pirkimo objekto vertę, sudėtingumą, turi teisę nustatyti minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus. Šie reikalavimai turi būti pagrįsti, proporcingi pirkimo objektui, konkretūs, aiškūs, tikslūs ir visiems suprantami. Keliami kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Rengiant tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus galima atsižvelgti į [Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodiką, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. IS-105](#).

UAB „EXOLITUS“

(Uždaroji akcinė bendrovė, Kaunas, Savanorių pr. 246-51, tel. nr.: +37066409669, el paštas: aiste.jekabsone@exolitus.com, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie pirkėją - Registrų centras, UAB „Exolitus“, įmonės kodas 305464858, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas 100014741314)

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Reikalavimai ūkio subjekto grupei ir ar subtiekejams	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.2.1	Tiekėjas per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos turi būti suteikęs laboratorinės įrangos nuomos paslaugų už ne mažesnę sumą, kaip 90% nuo pateikiamo bendro pasiūlymo sumos (EUR su PVM). Pirkėjas esant poreikiui gali pareikalauti pateikti satarčių kopijas bei paslaugų gavėjų atsiliepimus.	Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė arba tiekėjas pasitelkia subtiekejus – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai arba tiekėjas su subtiekejais kartu (ūkio subjektų grupės narių arba tiekėjo ir subtiekejų turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus	1. Sutarties (-čių) ar paslaugų gavėjų sąrašas, nurodant užsakovą, objektą, vertę (EUR su PVM), sudarymo ir(arba) įvykdymo datas, kontaktinį asmenį.

3.2. Dokumentų, patvirtinančių atitiktį nustatytiems kvalifikacijos reikalavimus, bus prašoma tik iš galimo laimėtojo. Tiekėjas pasiūlymo formoje patvirtina, kad jis atitinka nurodytus kvalifikacijos reikalavimus.

3.3. Tiekėjas gali remtis tik tokiais kitų ūkio subjektų (pvz. subtiekejų) pajėgumais, siekdamas įrodyti savo atitikimą kvalifikacijos reikalavimais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi pareigą Pirkėjui pasiūlyme užtikrinti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tikrindamas, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, turimi ištekliai, Pirkėjas iš tiekėjo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones.

3.4. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama oficiali tiekėjo deklaracija arba lygiavertis dokumentas.

4. REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ PATEIKIMUI

4.1 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama *lietuvių kalba*.

4.2 Pasiūlymas teikiamas *užklijuotame voke*. Ant voko turi būti užrašytas *Pirkėjo pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas (UAB „Exolitus, Gaižiūnų g. 4, Kaunas)“, tiekėjo pavadinimas ir adresas*. Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“.

Pasiūlymą sudaro:

4.2.1. **užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą, bei pasiūlymo formoje nurodyti dokumentai;**

4.2.2. **jungtinės veiklos sutarties kopija, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė.**

4.3 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą (jeigu pirkimas skaidomas į dalis – po vieną kiekvienai daliai) – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

4.4 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvūs pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

4.5 Pasiūlymo pateikimo terminas nurodytas skelbime apie pirkimą, kuris paskelbtas interneto svetainėje esinvesticijos.lt.

UAB „EXOLITUS“

(Uždaroji akcinė bendrovė, Kaunas, Savanorių pr. 246-51, tel. nr.: +37066409669, el paštas: aiste.jekabsone@exolitus.com, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie pirkėją - Registrų centras, UAB „Exolitus“, įmonės kodas 305464858, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas 100014741314)

4.6 Pasiūlymo kaina pateikiama eurais su PVM. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.

4.7 Pasiūlymo kaina vertinama eurais su PVM.

4.8 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti ar patikslinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

5.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime keičiama esminė pasiūlymams parengti būtina informacija, taip pat kai tiekėjui (-ams) teikiami su pirkimu susiję paaiškinimai ir (ar) keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai, Pirkėjas interneto svetainėje esinvesticijos.lt paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime, iš naujo nustatydamas ne trumpesnę kaip 5 darbo dienų terminą pasiūlymams pateikti.

6. DERYBŲ REIKALAVIMAI

6.1 Šio Pirkimo metu gali būti vykdomos Derybos.

6.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurie atitinka nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir pasiūlymų pateikimo reikalavimus. Su kiekvienu tiekėju susitinkama atskirai. Derybų metu visiems tiekėjams pateikiama ta pati (vienoda) informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kuris rengiamas kiekvienam tiekėjui atskirai.

6.3 Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus.

6.4 Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų, išskyrus esminių sutarties sąlygų pagerinimą Pirkėjo naudai.

6.5 Galutiniu pasiūlymu laikomas galutinių derybų rezultatas, užfiksuoto derybų protokole.

6.6 Jei tiekėjas neatvyksta į derybas, jo galutiniu pasiūlymu laikomas jo pirminis pasiūlymas.

6.7 Tiekėjų galutiniai pasiūlymai vertinami pagal nurodytus vertinimo kriterijus.

7. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

7.1 Pirkėjas vertina, ar tiekėjų pasiūlymai (jei buvo vykdomos derybos – galutiniai pasiūlymai) atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus.

7.2 Jei tiekėjas pateikė netikslūs, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktą konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, Pirkėjas gali prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jo nustatytą terminą³.

7.3 Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad tiekėjas pagrįstų pasiūlyme nurodytą kainą ar jos sudedamąsias dalis, jeigu jos atrodo neįprastai mažos, nurodydama konkrečius dokumentus ir duomenis, kuriuos tiekėjas turi pateikti.

³ Galima konkurso sąlygas papildyti nuostatomis pagal [2022 m. gruodžio 30 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. IS-240 patvirtintas Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės](#)

UAB „EXOLITUS“

(Uždaroji akcinė bendrovė, Kaunas, Savanorių pr. 246-51, tel. nr.: +37066409669, el paštas: aiste.jekabsone@exolitus.com, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie pirkėją - Registrų centras, UAB „Exolitus“, įmonės kodas 305464858, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas 100014741314)

7.4 Pirkėjas iš galimo laimėtojo prašo pateikti dokumentus, kurie įrodytų atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams.

7.5 Konkurso sąlygų 5.6 p. nustatytais atvejais pasiūlymas atmetamas. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas iki pirkimo sutarties sudarymo.

7.6 Pasiūlymas atmetamas, jeigu:

7.6.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

7.6.2. pasiūlymas (jei vykdomos derybos – galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;

7.6.3. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

7.6.4. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas, Pirkėjo prašymu, nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

7.6.5. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

7.6.6. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmetas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina.

7.7 Neatmesti pasiūlymai vertinami ekonominio naudingumo būdu pagal mažiausios kainos kriterijų.

7.8 Kai kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, laimėtoju skelbiamas tiekėjas, kurio pasiūlyta kaina yra mažiausia, o, jeigu kainos vienodos, - kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

7.9 Pirkimo sutartis sudaroma raštu su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir sąlygos, taip pat kvietime dalyvauti pirkime nustatytos sąlygos.

7.10 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu iki nurodyto laiko nesudaro pirkimo sutarties, Pirkėjas siūlo sudaryti pirkimo sutartį kitam Pirkime dalyvavusiam tiekėjui, kurio pasiūlymas yra ekonomiškai naudingiausias.

7.11 Pirkėjas, nedelsiant po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, įskaitant kainą, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio pavadinimą.

8. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

8.1 ***Šio punkto sąlygas privaloma nurodyti pagal Taisyklių 7 priedo 25 punktą: paslaugų suteikimo terminus, pratęsimo galimybę ir sąlygas, kurioms esant tokia galimybė bus galima pasinaudoti (jei reikia), kainą ar kainodaros taisykles, atsiskaitymo terminus, atsiskaitymo tvarką (jei numatomas išankstinis apmokėjimas – jo maksimalų dydį), pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimus (jei keliami), jei reikia – kitas sąlygas:***

8.1.1. Paslaugos pradėdamos teikti ne vėliau kaip per 45 dienas nuo sutarties pasirašymo.

8.1.2. Paslaugų suteikimo pradžia laikoma pilno įrangos komplekto pristatymo paslaugos pirkėjui data, kuri nurodoma priėmimo-perdavimo akte.

8.1.3. Paslaugų suteikimo terminas: 6 mėnesiai nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos su galimybe esant poreikiui nuomos terminą papildomai pratęsti dar iki 6 mėnesių nekeičiant sutarties sąlygų.

8.1.4. Atsiskaitymo sąlygos:

8.1.4.1. Atsiskaitoma iš anksto sumokant pilną nuomos kainą už 2 nuomos mėnesius.

UAB „EXOLITUS“

(Uždaroji akcinė bendrovė, Kaunas, Savanorių pr. 246-51, tel. nr.: +37066409669, el paštas: aiste.jekabsone@exolitus.com, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie pirkėją - Registrų centras, UAB „Exolitus“, įmonės kodas 305464858, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas 100014741314)

8.1.5. Tiekėjui laiku ir (arba) tinkamai neįvykdžius sutarties be pagrįstų ir nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, Pirkėjas skaičiuoja 0,02 % dydžio delspinigius nuo neįvykdytos Pirkimo sutarties vertės tol, kol bus įvykdyti visi įsipareigojimai, tačiau neviršijant 5 proc. Sutarties vertės.

8.1.6. Be pateisinamų priežasčių per Sutartyje nustatytą terminą Pirkėjui nesumokėjus už tinkamai atliktą ir priimtą Pirkimo objektą, Tiekėjas gali pareikalauti mokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kol bus įvykdyti visi įsipareigojimai, tačiau neviršijant 5 proc. Sutarties vertės.

8.2 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusių tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;

8.3 Pirkimo sutartis gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju ir pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis. Kiti Pirkimo sutarties pakeitimai gali būti atliekami tik Taisyklėse nurodytais atvejais.

9. PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija;

Priedas Nr. 2. Pasiūlymo forma;

UAB „EXOLITUS“

(Uždaroji akcinė bendrovė, Kaunas, Savanorių pr. 246-51, tel. nr.: +37066409669, el paštas: aiste.jekabsone@exolitus.com, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie pirkėją - Registrų centras, UAB „Exolitus“, įmonės kodas 305464858, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas 100014741314)

Priedas Nr. 1

1. Plokštelių skaitytuvas

Parametras	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
Prietaisas	<i>Nurodyti gamintoją ir modelį</i>	
Sistemos paskirtis	Šviesos sugerties, fluorescencijos ir liuminescencijos detekcija įvairaus formato mikroplokštelėse / plokštelėse.	
Sistemos sudėtis	Sistemą sudaro: <ul style="list-style-type: none"> • mikroplokštelių skaitytuvas / skeneris (angl. <i>microplate reader / scanner</i>); • kompiuteris ir jo priedai. 	
Mikroplokštelių skaitytuvo matmenys (P x G x A)	Ne daugiau kaip 700 x 650 x 700 mm	
Mikroplokštelių skaitytuvo svoris	Ne daugiau kaip 70 kg	
Matavimo formatas	Būtina galimybė matavimus atlikti 6-ių, 12-os, 24-ių, 48-ių, 96-ių ir 384-ių šulinėlių formato plokštelėse. Į sistemos sudėtį privalo įeiti atitinkamo formato plokštelių nuskaitymui reikalingi adapteriai / priedai, jeigu jie yra būtini.	
Temperatūros palaikymas (termostatavimas)	Turi būti plokštelės termostataavimo funkcija, temperatūrą palaikant ne mažesniame kaip nuo 37°C iki 42 °C intervale.	
Maišymo funkcija	Būtina. Turi būti galimybė plokštelę maišyti (purtyti) tiesine (angl. <i>linear</i>) ir / arba orbitine (angl. <i>orbital</i>) trajektorijomis.	
Detekcijos metodai	Sistema turi gebėti atlikti matavimus ne mažiau nei šiais metodais: <ul style="list-style-type: none"> • UV / VIS absorbcija; • Fluorescencijos detekcija; • Liuminescencijos detekcija. 	
Šviesos šaltinis	Ksenono lempa arba lygiavertis šviesos šaltinis	
Bangos ilgio pasirinkimas	Ne siauresniame kaip nuo 200 nm iki 1000 nm intervale	
Plokštelės nuskaitymo trukmė	Ne daugiau kaip 30 s	
UV / VIS absorbcijos matavimas	Matavimo tikslumas ne didesnis nei ±1%, esant >400 nm bangos ilgiui	

UAB „EXOLITUS“

(Uždaroji akcinė bendrovė, Kaunas, Savanorių pr. 246-51, tel. nr.: +37066409669, el paštas: aiste.jekabsone@exolitus.com, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie pirkėją - Registrų centras, UAB „Exolitus“, įmonės kodas 305464858, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas 100014741314)

Fluorescencijos matavimas	Turi būti galimybė matuoti fluorescenciją iš šulinėlio viršaus ir iš apačios. Sužadavimo bangos pasirinkimo intervalas ne mažesnis kaip nuo 300 nm iki 900 nm; emisijos bangos intervalas ne mažesnis kaip nuo 300 nm iki 700 nm.	
Liuminescencijos matavimas	Bangos ilgio pasirinkimas turi būti ne mažesniame kaip nuo 400 nm iki 610 nm intervale. Matavimo jautrumas skaitine verte turi būti ne didesnis nei 10 amol ATP/šulinėliui.	
Reagentų dozatoriai (angl. <i>injector, dispenser</i>)*	Į įrangos komplektaciją turi įeiti ne mažiau kaip du reagentų dozatoriai, integruoti prietaise arba prijungiami išoriškai. Dozatoriai turi būti pritaikyti darbui su plokštelėmis nuo 6 iki 384 šulinėlių. Bent vieno dozatoriaus tūris turi būti ne mažesnis nei 1 ml ir jo minimalus dozavimo žingsnis ne didesnis nei 1 µl.	
Įrangos valdymas*	Mikroplokštelių skaitytuvas turi būti valdomas integruotu ir / arba išoriniu kompiuteriu.	
Programinė įranga	Turi būti pateikta su <i>Windows</i> OS suderinama programinė įranga, skirta mikroplokštelių skaitytuvo valdymui, eksperimento programavimui, duomenų rinkimui / kaupimui ir apdorojimui. Valdymo ir duomenų įvertinimo programinė įranga turi būti su nelimituota licencija, arba nemokama programinė įranga turi būti atvirai prieinama internetu (tokiu atveju tiekėjas turi pateikti nuorodas į puslapius su programų instaliaciniais failais ar jų atidarymo / aktyvavimo nuorodomis).	
Duomenų analizė*	Turi būti galimybė nemokamai analizuoti duomenis naudojant pateiktą programinę įrangą. Turi būti galimybė duomenis eksportuoti <i>MS Excel</i> ar / ir <i>.txt</i> formatu.	
Dokumentacija, instrukcijos *	Tiekėjas, pristatant prekę, turi pateikti detalų vartotojo vadovą anglų arba lietuvių kalba. Mikroplokštelių skaitytuvas turi turėti techninį pasą.	
Paslaugos*	Pristatymas pirkėjo nurodytu adresu, instaliavimas ir apmokymas turi būti įskaičiuoti į sistemos kainą.	
Konsultacijos ir techninis aptarnavimas*	Privaloma gamintojo ar jo atstovo / tiekėjo ne trumpiau nei garantiniu laikotarpiu.	

UAB „EXOLITUS“

(Uždaroji akcinė bendrovė, Kaunas, Savanorių pr. 246-51, tel. nr.: +37066409669, el paštas: aiste.jekabsone@exolitus.com, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie pirkėją - Registrų centras, UAB „Exolitus“, įmonės kodas 305464858, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas 100014741314)

Garantiniai įsipareigojimai*	Garantijos laikotarpis ne mažiau kaip 12 mėnesių (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo prietaiso instaliavimo ir perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos). Įrangos garantija turi apimti nemokamą remontą ir neveikiančių dalių arba viso prietaiso pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį.	
Pogarantinis aptarnavimas*	Turi būti užtikrinta, kad ne mažiau kaip 5 metų pogarantiniu laikotarpiu bus tiekiamos atsarginės dalys bei atliekami reikalingi priežiūros darbai.	

UAB „EXOLITUS“

(Uždaroji akcinė bendrovė, Kaunas, Savanorių pr. 246-51, tel. nr.: +37066409669, el paštas: aiste.jekabsone@exolitus.com, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie pirkėją - Registrų centras, UAB „Exolitus“, įmonės kodas 305464858, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas 100014741314)

2. Distiliatorius

Parametras	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
Prietaisas	<i>Nurodyti gamintoją ir modelį</i>	
Paskirtis	Paskirtis: paruošti vandenį distiliacijos būdu bendrosios chemijos laboratorijos poreikiams	
Distiliatoriaus našumas	Distiliatoriaus našumas ne mažiau nei 2 litrai per valandą	
Paruošto vandens talpykla	Paruošto vandens talpykla vidinė	
Vandens talpos tūris	Vandens talpos tūris ne mažesnis nei 4 litrai	
Paruošto vandens kokybė	Paruošto vandens kokybė: - Visiškai turi atitikti tarptautiniams farmakopėjos reikalavimams; - Be balterijų ir pirogenų; - Maksimaliai degazuotas; - Laidumas ne didesnis nei: 2,3μSi/cm, esant 20 laipsnių temperatūrai.	
Prietaiso montavimas	Prietaiso montavimas: pritaikytas padėti ant stalo arba kabinti ant sienos	
Prietaiso konstrukcija	Prietaiso konstrukcija: kaitinimo elementas, kondensatorius ir vandens talpa pagaminti iš nerūdijančio plieno	
Vandens tiekimas	Vandens tiekimas vandentiekio.	
Kaitinimo elemento apsauga	Kaitinimo elemento apsauga	
Maitinimas	Maitinimas: 220/230V, 1ph, 50/60Hz	
Garantija	Garantija ne mažesnė nei: 12 mėnesių	

3. TRPS sistema

Parametras	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
Prietaisas	<i>Nurodyti gamintoją ir modelį</i>	
Naudojama technologija	TRPS	
Matuojami parametrai	Ne mažiau kaip dalelių dydis, koncentracija ir zeta potencialas	
Tinka matuoti ekstraląstelinių pūslelių matavimui	Būtina	
Veikimui naudojamos nanoporos	Būtina	
Dalelių dydis	Ne siauresnis kaip nuo 40 nm iki 11 um	
Suderinami	Ne mažiau kaip PBS, HEPES, MES ir KCl	

UAB „EXOLITUS“

(Uždaroji akcinė bendrovė, Kaunas, Savanorių pr. 246-51, tel. nr.: +37066409669, el paštas: aiste.jekabsone@exolitus.com, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie pirkėją - Registrų centras, UAB „Exolitus“, įmonės kodas 305464858, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas 100014741314)

elektrolitų tirpalai		
Koncentracijos matavimo diapazonas	Ne siauresniame diapazone kaip nuo 1E5 iki 1E11 dalelių / mL	
Būsenos indikacija	Ne mažiau kaip 4 spalvomis	
Programinė įranga	Būtina	
USB jungtis	Būtina	
Automatinė slėgio sistema	Būtina, ne mažesnio kaip 2500 Pa	
Matavimai realiu-laiku	Būtinai	
Išmatavimai	Ne daugiau kaip 300 x 300 x 250 mm	
Svoris	Ne daugiau kaip 12 kg	
Maitinimas	230V ± 10 %, 50 Hz	
Naudojimo instrukcija	Lietuvių arba anglų kalba.	
Garantija	Ne trumpesnė kaip 12 mėn.	
Sertifikavimas	<ul style="list-style-type: none"> • Prietaisas turi turėti CE sertifikatą, arba EB deklaraciją, arba kitą lygiavertį dokumentą. Pateikti dokumentą kartu su prietaisu. • Tiekėjas privalo būti tiesiogiai įgaliotas (tarpinės įmonės perigaliojimas nėra tinkamas) gamintojo parduoti siūlomą prietaisą arba visą gamintojo asortimentą. Pateikti įrodantį dokumentą. • Tiekėjas privalo būti akredituotas pagal ISO 9001:2015 bei ISO 14001:2015, arba lygiaverčius standartus. Pateikti sertifikatus. 	

4. Didelio našumo pastatoma ant stalo centrifuga

Parametras	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
Prietaisas	<i>Nurodyti gamintoją ir modelį</i>	
Maksimali talpa	Ne mažiau nei 4 x 1000mL	
Maksimalus greitis ir centrifugavimo jėga	Ne mažiau nei 16 000 RPM, 28 335 x g	
Nustatoma temperatūra	Ne siauresniame diapazone nei nuo -10 iki +40 °C	
Greitėjimo / stabdymo režimai	Ne mažiau 10 ir 10	
Išsaugomų programų skaičius	Ne mažiau nei 99	
Pulsavimo (greito)	Yra	

UAB „EXOLITUS“

(Uždaroji akcinė bendrovė, Kaunas, Savanorių pr. 246-51, tel. nr.: +37066409669, el paštas: aiste.jekabsone@exolitus.com, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie pirkėją - Registrų centras, UAB „Exolitus“, įmonės kodas 305464858, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas 100014741314)

nusukimo) funkcija		
Bešepetėlinis variklis	Yra	
Laikmatis	Ne siauresniame diapazone nei nuo 10 s. iki 99 val. 59 min. 59 s.	
Šaldymo sistema	Be CFC	
Komplektacija	<ul style="list-style-type: none"> • Krepšelinis rotorius, kurio talpa ne mažesnė nei 4 x 750 mL, maksimali centrifugavimo jėga ne mažesnė nei 4 731 x g; • Krepšeliai rotoriumi, ne mažiau nei 4 vnt.; • Adapteriai 15, 50 bei 250 mL mėgintuvėliams / buteliams; • Centrifuguojamų mėgintuvėlių kiekis: ne mažiau nei 56 vnt. 15 mL, ne mažiau nei 24 vnt. 50 mL mėgintuvėlių, ne mažiau nei 4 vnt. 250 mL butelių 	
Garantija	Ne trumpesnė nei 12 mėnesių	
Sertifikavimas	<ul style="list-style-type: none"> • Prietaisas turi turėti CE sertifikatą, arba EB deklaraciją, arba kitą lygiavertį dokumentą. Pateikti dokumentą kartu su prietaisu. • Tiekėjas privalo būti tiesiogiai įgaliotas (tarpinės įmonės perigaliojimas nėra tinkamas) gamintojo parduoti siūlomą prietaisą arba visą gamintojo asortimentą. Pateikti įrodantį dokumentą. • Tiekėjas privalo būti akredituotas pagal ISO 9001:2015 bei ISO 14001:2015, arba lygiaverčius standartus. Pateikti sertifikatus. 	
Instaliavimas ir apmokymas	Būtinas prietaiso instaliavimas ir ne mažiau, kaip 2 darbuotojų apmokymas naudotis prietaisu.	

5. Autoklavas

Parametras	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
Prietaisas	<i>Nurodyti gamintoją ir modelį</i>	
Autoklavas	Pastatomas ant stalo, horizontalus;	
Tūris	Ne mažiau kaip 44 L;	
Kameros vidiniai išmatavimai	Kameros vidiniai išmatavimai ne mažesni kaip 320x620 mm (skersmuo x gylis);	

UAB „EXOLITUS“

(Uždaroji akcinė bendrovė, Kaunas, Savanorių pr. 246-51, tel. nr.: +37066409669, el paštas: aiste.jekabsone@exolitus.com, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie pirkėją - Registrų centras, UAB „Exolitus“, įmonės kodas 305464858, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas 100014741314)

Išoriniai išmatavimai	Ne didesni kaip 640x840x560 mm (plotis x gylis x aukštis);	
Tinka sterilizavimui	Autoklavuoti kietoms priemonėms, skysčiams, auginimo terpei, atliekoms;	
Sterilizavimo temperatūros diapozonas	Ne siauresnis kaip nuo 105°C iki 134°C;	
Programos	Turi būti galimybė galutiniam vartotojui reguliuoti programas;	
Garų generatoriaus galingumas	Ne mažesnis kaip 2200W;	
Autoklavo galingumas	Ne mažesnis kaip 2800W;	
Apsaugos	<p>Turi būti įrengti ne mažiau, kaip šie apsaugos mechanizmai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per didelio slėgio apsauginis vožtuvas. • Perkaitimo temperatūros jungiklis. • Apsauginė užrakto sistema, apsauganti nuo netinkamo durų užrakinimo. • Ciklo pertraukikliai, apsaugantys mašiną, kai joje yra trumpasis jungimas arba per didelė srovė. • Automatinis įspėjimas apie techninę priežiūrą. • Įrengtas specialus terpės temperatūros jutiklis skysčių sterilizavimui. Jutiklis įkišamas į skystį, kad būtų galima tiksliai ir efektyviai stebėti skysčio temperatūrą, siekiant veiksmingo sterilizavimo. • Įspėjimas, kad distiliuoto vandens rezervuare nepakanka vandens. • Įspėjimas, kad nuotekų bakas yra pilnas. • Įspėjimas apie atrakintas duris. • Įspėjimas, kad spausdintuve baigėsi popierius. 	
Vandens bakas	Turi būti integruoti šviežio ir panaudoto vandens bakai;	
Džiovinimas	Būtinai, ne siauresniame temperatūros diapazone kaip nuo 45°C iki 60°C;	
Vėsinimas	Būtinai skysčių programai	
Maitinimo šaltinis	220V, 50/60Hz	

UAB „EXOLITUS“

(Uždaroji akcinė bendrovė, Kaunas, Savanorių pr. 246-51, tel. nr.: +37066409669, el paštas: aiste.jekabsone@exolitus.com, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie pirkėją - Registrų centras, UAB „Exolitus“, įmonės kodas 305464858, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas 100014741314)

6. Automatizuota tangentinės filtracijos sistema

Parametras	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
Prietaisas	<i>Nurodyti gamintoją ir modelį</i>	
Darbinis tūris	TFF sistema geba apdoroti iki 15 litrų tūrio mėginį.	
Recirkuliacijos tūris	Ne didesnis nei 2 mL	
Filtrai	Turi būti galimybė dirbti tiek su TFF kasetėmis (ang/ „flat sheet cassettes“), tiek su tuščiavidurio pluošto filtrais (ang. „Hollow fiber“).	
Filtrų paviršiaus plotas	TFF kasetės (ang/ „flat sheet cassettes“) ne siauresniame intervale nei 100 – 5000 cm ³ Tuščiavidurio pluošto filtrams (ang. „Hollow fiber“) ne siauresniame intervale nei 20 – 3500 cm ³	
Sistemos komplektacija	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema sudaro ne mažiau kaip: • Pagrindinė pompa, kuri geba apdoroti ne mažiau, kaip 2,3 litrus per minutę (LPM). • Dvi svarstyklės, kurių maksimalus sveriamas svoris ne mažesnis nei 20 000 g ir kurių skiriamoji geba ne didesnė nei 0,1 g. Svarstyklių platformos matmenys ne mažesni nei 17 x 17 cm; • Planšetė skirta prietaiso valdymui ir turinti įdiegtą programinę įrangą; • Automatinis atgalinio slėgio valdymo vožtuvas (ang. „Automatic Back Pressure Valve“); • Integruotas laikiklis (stovas) tuščiavidurio pluošto filtro laikymui; • Slėgio keitikliai pagaminti iš polisulfonas arba analogiškos medžiagos. Slėgio matavimo diapazonas ne siauresnis nei -10 – 75 psi • Papildoma pagalbinė pompa, kurios apsisukimų per minutę skaičius ne mažesnis nei 600 rpm, o tekėjimo greitis ne mažesnis nei kaip 2,3 litrai per minutę (LPM); • Žarnelių rinkinys. 	
Programinė įranga	Programinė įranga skirta prietaiso	

UAB „EXOLITUS“

(Uždaroji akcinė bendrovė, Kaunas, Savanorių pr. 246-51, tel. nr.: +37066409669, el paštas: aiste.jekabsone@exolitus.com, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie pirkėją - Registrų centras, UAB „Exolitus“, įmonės kodas 305464858, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas 100014741314)

	valdymui, proceso stebėjimui realiu laiku bei duomenų analizei. Programinė įranga turi atitikti 21 CFR 11 dalį.	
Metodai	Galima dirbti ne mažiau nei su šiais procesais: C - Koncentravimas; D - Diafiltracija; CD – Koncentravimas – Diafiltracija CDC – Pirminis koncentravimas – Diafiltracija – Galutinis koncentravimas CFC – Pastovaus padavimo koncentravimas (ang. „Constant Feed Concentration“)	
Standartų atitikimas	Sistema turi atitikti šiuos standartus: EN61010-1; EN61326 Rohs	
Aliarmai	Sistema turi aliarmus kai pasiekiamos pasirinktų parametru ribos : <ul style="list-style-type: none"> • Padavimo (ang. „Feed“) ir prasiskverbimo (ang. „Permeate“) slėgis; • Prasiskverbimo (ang. „Permeate“) masės; • Padavimo (ang. „Feed“) masės. 	
Garantija	Ne trumpesnė nei 12 mėnesių	
Sertifikavimas	<ul style="list-style-type: none"> • Prietaisas turi turėti CE sertifikatą, arba EB deklaraciją, arba kitą lygiavertį dokumentą. Pateikti dokumentą kartu su prietaisu. • Tiekėjas privalo būti tiesiogiai įgaliotas (tarpinės įmonės perįgaliuojimas nėra tinkamas) gamintojo parduoti siūlomą prietaisą arba visą gamintojo asortimentą. Pateikti įrodantį dokumentą. • Tiekėjas privalo būti akredituotas pagal ISO 9001:2015 bei ISO 14001:2015, arba lygiaverčius standartus. Pateikti sertifikatus. 	
Instaliavimas ir apmokymas	Būtinas prietaiso instaliavimas ir ne mažiau, kaip 2 darbuotojų apmokymas naudotis prietaisu.	

UAB „EXOLITUS“

(Uždaroji akcinė bendrovė, Kaunas, Savanorių pr. 246-51, tel. nr.: +37066409669, el paštas: aiste.jekabsone@exolitus.com, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie pirkėją - Registrų centras, UAB „Exolitus“, įmonės kodas 305464858, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas 100014741314)

7. Vandens vonelė

Parametras	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
Prietaisas	<i>Nurodyti gamintoją ir modelį</i>	
Talpa	Ne mažiau nei 22 L	
Nustatoma temperatūra	Ne siauresniame diapazone nei nuo RT +5 °C iki 85 °C	
Vizualiniai ir garsiniai aliarmai	Yra	
Temperatūros stabilumas	Ne didesnis nei $\pm 0,1$ °C, prie 37 °C	
Laikmatis	Ne siauresniame diapazone nei nuo 1 min iki 99 val. 59 min.	
Vandens vonelės vidinis interjeras	Pagaminta iš nerūdijančio plieno, arba lygiavertės medžiagos.	
Vidiniai išmatavimai	Ne mažiau nei 500 x 295 x 200 mm	
Svoris	Ne daugiau nei 19 kg	
Apsauga nuo perkaitimo	Yra	
Komplektacija	<ul style="list-style-type: none"> • Nerūdijančio plieno dangtis; • Perforuota dugno plokštė, pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; • Išleidimo vožtuvas, lengvam vandens perpylimui. 	
Garantija	Ne trumpesnė nei 12 mėnesių	
Sertifikavimas	<ul style="list-style-type: none"> • Prietaisas turi turėti CE sertifikatą, arba EB deklaraciją, arba kitą lygiavertį dokumentą. Pateikti dokumentą kartu su prietaisu. • Tiekėjas privalo būti tiesiogiai įgaliotas (tarpinės įmonės perįgaliuojimas nėra tinkamas) gamintojo parduoti siūlomą prietaisą arba visą gamintojo asortimentą. Pateikti įrodantį dokumentą. • Tiekėjas privalo būti akredituotas pagal ISO 9001:2015 bei ISO 14001:2015, arba lygiaverčius standartus. Pateikti sertifikatus. 	
Instaliavimas ir apmokymas	Būtinai prietaiso instaliavimas ir ne mažiau, kaip 2 darbuotojų apmokymas naudotis prietaisu.	

UAB „EXOLITUS“

(Uždaroji akcinė bendrovė, Kaunas, Savanorių pr. 246-51, tel. nr.: +37066409669, el paštas: aiste.jekabsone@exolitus.com, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie pirkėją - Registrų centras, UAB „Exolitus“, įmonės kodas 305464858, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas 100014741314)

8. Inkubatorius

Parametras	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
Prietaisas	<i>Nurodyti gamintoją ir modelį</i>	
Tūris	Ne mažiau nei 170 L	
Svoris	Ne daugiau kaip 154 kg	
Inkubatorius su integruota kratykle	Yra	
Aukštos temperatūros sterilinimo ciklas	Ne mažiau kaip 120 °C laipsnių.	
Laikmatis	Nepertraukiamo naudojimo	
Temperatūros reguliavimo žingsnis	Ne daugiau nei ±0.1 °C	
Temperatūros stabilumas, esant 37 °C	Ne daugiau nei ±0.1 °C	
Nustatoma temperatūra	Ne siauresniame diapazone nei nuo RT +4 °C iki 50 °C	
Garsiniai ir vizualiniai aliarmai	Yra	
CO2 nustatymo ribos, nustatymo žingsnis	Ne siauresniame diapazone nei nuo 0.2 iki 20 %, ne daugiau nei ±0.1 %	
Galima statyti vieną inkubatorių ant kito	Yra, ne mažiau nei du inkubatorius.	
Komplektacija	Komplektacijoje ne mažiau nei viena lentyna statiškam ląstelių auginimui; Ne mažiau nei 2 lipnūs kilimėliai.	
Garantija	Ne trumpesnė nei 12 mėnesių	
Sertifikavimas	<ul style="list-style-type: none"> • Prietaisas turi turėti CE sertifikatą, arba EB deklaraciją, arba kitą lygiavertį dokumentą. Pateikti dokumentą kartu su prietaisu. • Tiekėjas privalo būti tiesiogiai įgaliotas (tarpinės įmonės perigaliojimas nėra tinkamas) gamintojo parduoti siūlomą prietaisą arba visą gamintojo asortimentą. Pateikti įrodantį dokumentą. • Tiekėjas privalo būti akredituotas pagal ISO 9001:2015 bei ISO 14001:2015, arba lygiaverčius standartus. Pateikti sertifikatus. 	
Instaliavimas ir apmokymas	Būtinai prietaiso instaliavimas ir ne mažiau, kaip 2 darbuotojų apmokymas	

UAB „EXOLITUS“

(Uždaroji akcinė bendrovė, Kaunas, Savanorių pr. 246-51, tel. nr.: +37066409669, el paštas: aiste.jekabsone@exolitus.com, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie pirkėją - Registrų centras, UAB „Exolitus“, įmonės kodas 305464858, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas 100014741314)

	naudotis prietaisu.	
--	---------------------	--

9. Purtyklė

Parametras	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
Prietaisas	<i>Nurodyti gamintoją ir modelį</i>	
Sistemos paskirtis	Biologinių skysčių maišymui, biologinių skysčių inkubavimui ir auginimui pagal nustatytą programą	
Temperatūros nustatymo diapazonas ir rezoliucija	Ne siauresniame intervale nei nuo +25°C iki +42°C, rezoliucija ne prasčiau kaip 0,1°C	
Purtymo greičio valdymo diapazonas	Ne siauresniame intervale nei nuo 50 iki 250 rpm, reguliuojant ne mažiau nei kas 10 rpm	
Temperatūros stabilumas	Ne prastesnis nei ±0,5°C	
Temperatūros tikslumas ir vienodumas esant +37°C	Ne prastesnis nei ±0,5°C	
Įkaitimo greitis	Turi įkaisti nuo +25°C iki +42°C ne lėčiau kaip per 16 min.	
Purtymo amplitudė	Ne didesnė nei 10 mm	
Purtyklės valdymo ekranas	LCD arba lygiavertis ekranas, talpinantis ne mažiau kaip 2x16 ženklų	
Maksimali purtyklės apkrova	Ne mažiau nei 2,5 kg	
Laikmatis	Galimybė nustatyti inkubavimo laiką ne siauresniame intervale nei nuo 1 min. iki 96 val. Garsinis signalas pasibaigus laikmačiui	
Vidiniai išmatavimai (PxGxA)	Vidiniai išmatavimai ne mažesni kaip 305x260x250 mm	
Išoriniai išmatavimai (PxGxA)	Išoriniai išmatavimai ne didesni kaip 340x340x435 mm	
Komplektacija	Į komplektaciją privalo įeiti: <ul style="list-style-type: none"> • Su siūloma inkubuojama purtykle pritaikoma silikonine neslidus paviršiaus plokščia platforma, kurios bendras plotas ne mažesnis kaip 215x215 mm 	
Sertifikavimas	<ul style="list-style-type: none"> • Prietaisas turi turėti CE sertifikatą, arba EB deklaraciją, arba kitą lygiavertį dokumentą. Pateikti dokumentą kartu su prietaisu. 	

UAB „EXOLITUS“

(Uždaroji akcinė bendrovė, Kaunas, Savanorių pr. 246-51, tel. nr.: +37066409669, el paštas: aiste.jekabsone@exolitus.com, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie pirkėją - Registrų centras, UAB „Exolitus“, įmonės kodas 305464858, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas 100014741314)

	<ul style="list-style-type: none"> • Tiekėjas privalo būti tiesiogiai įgaliotas (tarpinės įmonės perįgaliojimas nėra tinkamas) gamintojo parduoti siūlomą prietaisą arba visą gamintojo asortimentą. Pateikti įrodantį dokumentą. • Tiekėjas privalo būti akredituotas pagal ISO 9001:2015 bei ISO 14001:2015, arba lygiaverčius standartus. Pateikti sertifikatus. 	
--	---	--

10. Svarstyklės

Parametras	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
Prietaisas	<i>Nurodyti gamintoją ir modelį</i>	
Maksimalus sveriamas svoris	Ne mažiau kaip 220 g	
Minimalus sveriamas svoris	Ne daugiau kaip 10 mg	
Atsikartojamumas (d)	Ne daugiau kaip 0,1 mg	
Linijūškumas	Ne daugiau kaip ±0.2 mg	
Stabilizacijos laikas	Ne daugiau kaip 2s	
Vidinis automatinis kalibravimas	Būtina	
Valdymo ekranas	Ne mažiau kaip 5", liečiamas	
Apsauginis gaubtas	Būtina	
Vidiniai išmatavimai	Ne mažesni kaip 190×190×226 mm	
Svėrimo lėkštelės matmenys: Ø	Ne mažiau 100 mm	
Apsaugos klasė	Ne prasčiau kaip IP 43	
Ryšio sąsajos	Ne mažiau kaip RS232, 2×USB-A, USB-B, Wi-Fi, Ethernet	
Darbinė aplinka	Temperatūra ne prasčiau kaip nuo +10 iki +40°C, santykinė drėgmė ne prasčiau kaip nuo 40% iki 80%	
Komplektacija	Komplektacijoje pateikiama su siūloma įranga suderinama: <ul style="list-style-type: none"> • Antivibracinis stalas, pagamintas iš ne prasčiau kaip plieno (St3S), pakrovimo svoris ne mažiau kaip 40 kg, išmatavimai ne didesni kaip 770x680x830 mm (PxGxA); • Terminis spausdintuvas, kurio spausdinimo greitis ne prasčiau kaip 300 mm/s, spausdinamo popieriaus plotis ne daugiau 80 	

UAB „EXOLITUS“

(Uždaroji akcinė bendrovė, Kaunas, Savanorių pr. 246-51, tel. nr.: +37066409669, el paštas: aiste.jekabsone@exolitus.com, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie pirkėją - Registrų centras, UAB „Exolitus“, įmonės kodas 305464858, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas 100014741314)

	mm, prietaiso išoriniai išmatavimai ne didesni nei 127×127×129 mm, būtinos ryšio sąsajos ne mažiau kaip USB, WiFi, Ethernet.	
Sertifikavimas	<ul style="list-style-type: none"> • Prietaisas turi turėti CE sertifikata, arba EB deklaraciją, arba kitą lygiavertį dokumentą. Pateikti dokumentą kartu su prietaisu. • Tiekėjas privalo būti akredituotas pagal ISO 9001:2015 bei ISO 14001:2015, arba lygiaverčius standartus. Pateikti sertifikatus. 	

11. Šaldiklis

Parametras	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
Prietaisas	<i>Nurodyti gamintoją ir modelį</i>	
Talpa	Ne mažiau kaip 373 litrų	
Orientacija	Vertikali	
Temperatūros nustatymo diapazonas	Ne siauresnis kaip nuo -10°C iki -22°C.	
Išoriniai šaldiklio matmenys (PxGxA)	Ne didesni kaip 600x688x1844 mm	
Vidiniai kameros matmenys (PxGxA)	Ne mažesni kaip 505x451x1637 mm	
Svoris	Ne daugiau kaip 129 kg	
Kamera ir išorinis korpusas	Pagaminti iš plastiku dengtu galvanizuoto plieno arba nerūdijančio plieno.	
Lentynos kameroje	Ne mažiau kaip 6 reguliuojamo aukščio lentynos	
Lentynų išmatavimai (PxG)	Ne mažiau kaip 458x398 mm	
Termoizoliacija	<ul style="list-style-type: none"> • Izoliacijos storis ne plonesnis kaip 50 mm; • Be CFC. 	
Durys	<ul style="list-style-type: none"> • Vientisos, savaime užsidarančios (neužsidaro, jeigu atidarytos daugiau kaip 95 laipsniai); • Su užraktu; • Oro cirkuliacijos sustabdymas atidarius durys. 	
Valdymas	Lietimams jautrus ekranas, temperatūros nustatymo žingsnis (angl. precision) ne daugiau kaip 0,1°C	

UAB „EXOLITUS“

(Uždaroji akcinė bendrovė, Kaunas, Savanorių pr. 246-51, tel. nr.: +37066409669, el paštas: aiste.jekabsone@exolitus.com, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie pirkėją - Registrų centras, UAB „Exolitus“, įmonės kodas 305464858, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas 100014741314)

Apšvietimas	LED arba lygiavertis	
Kojelės	Su galimybe reguliuoti aukštį iki 20 mm	
Elektros galingumas	Ne didesnės kaip 324 W	
Aliarmų sistema	Akustiniai ir vizualūs, ne mažiau kaip: <ul style="list-style-type: none"> • Pasiiektų temperatūrų ribų (max/min) aliarmas; • Daviklio gedimo aliarmas; • Atidarytų durų aliarmas; 	
Maitinimas	230V ± 10 %, 50 Hz	
Sertifikavimas	<ul style="list-style-type: none"> • Prietaisas turi turėti CE sertifikatą, arba EB deklaraciją, arba kitą lygiavertį dokumentą. Pateikti dokumentą kartu su prietaisu. • Tiekėjas privalo būti tiesiogiai įgaliotas (tarpinės įmonės perigaliojimas nėra tinkamas) gamintojo parduoti siūlomą prietaisą arba visą gamintojo asortimentą. Pateikti įrodantį dokumentą. • Tiekėjas privalo būti akredituotas pagal ISO 9001:2015 bei ISO 14001:2015, arba lygiaverčius standartus. Pateikti sertifikatus. 	
Naudojimo instrukcija	Lietuvių arba anglų kalba.	
Garantija	Ne trumpesnė kaip 12 mėn.	

12. Ultrašaldiklis

Parametras	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
Prietaisas	<i>Nurodyti gamintoją ir modelį</i>	
Talpa	Ne mažiau kaip 750 litrai	
Orientacija	Vertikali	
Temperatūros nustatymo ribos	Ne siauresnės kaip nuo -40°C iki -86°C.	
Išoriniai šaldiklio matmenys (PxGxA)	Ne didesni kaip 1300x960x1990 mm	
Vidiniai kameros matmenys (PxGxA)	Ne mažesni kaip 920x620x1300 mm	
Svoris	Ne daugiau kaip 320 kg	
Kamera	<ul style="list-style-type: none"> • Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; • Būtinai vakuumo eliminavimo vožtuvas 	
Lentynos kameroje	Ne mažiau kaip 3 reguliuojamo aukščio	

UAB „EXOLITUS“

(Uždaroji akcinė bendrovė, Kaunas, Savanorių pr. 246-51, tel. nr.: +37066409669, el paštas: aiste.jekabsone@exolitus.com, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie pirkėją - Registrų centras, UAB „Exolitus“, įmonės kodas 305464858, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas 100014741314)

	lentynos	
Lentynų išmatavimai (PxG)	Ne mažiau kaip 890x590 mm	
Termoizoliacija	<ul style="list-style-type: none"> • Izoliacijos storis ne plonesnis kaip 120 mm; • Be CFC ir HCFC. 	
Durys	<ul style="list-style-type: none"> • Vientisos; • Su užraktu; • Šildomas durų rėmas su ne mažiau kaip dviguba magnetine tarpine; • Ne mažiau kaip 4 nuimamos vidinės durelės. 	
Valdymas	Lietimams jautrus ekranas, ne mažiau kaip 5“ (colių) dydžio;	
Integruotas duomenų kaupiklis	<ul style="list-style-type: none"> • Būtinai, USB jungtis duomenų nuskaitymui; • Dokumentų laikiklis šaldiklio priekyje 	
Aplinkos temperatūra	<ul style="list-style-type: none"> • Būtinai aplinkos (patalpos) temperatūros daviklis; • Leistina aplinkos temperatūra ne mažiau kaip +30°C; • Galimybė įdėti papildomus išorinius zondus / laidus per ne mažiau kaip 2 skylės (angl. <i>access port</i>) 	
Apsauga	Galimybė užrakinti sistemos nustatymus slaptažodžiu	
Kompresorių sistema	<ul style="list-style-type: none"> • Ne mažiau kaip 2 kompresoriai; • Esant 1 kompresoriaus gėdimui šaldiklis privalo išlaikyti temperatūrą ne aukštesnę kaip -75°C 	
Elektros galingumas	Ne didesnės kaip 1600 W	
Kojelės	Reguliuojamo aukščio	
Aliarmų sistema	<p>Ne mažiau kaip šios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Su autonominiu elektros maitinimu ne trumpiau kaip iki 48 val.; • Aliarmai akustiniai ir vizualūs; • Mažo akumuliatoriaus įkrovimo lygio aliarmas; • Maitinimo nutrūkimo aliarmas; • Pasielktų programuojamų temperatūrų ribų aliarmas; • Atidarytų durų aliarmas; 	

UAB „EXOLITUS“

(Uždaroji akcinė bendrovė, Kaunas, Savanorių pr. 246-51, tel. nr.: +37066409669, el paštas: aiste.jekabsone@exolitus.com, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie pirkėją - Registrų centras, UAB „Exolitus“, įmonės kodas 305464858, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas 100014741314)

	<ul style="list-style-type: none"> • Aliarmo signalo distancinio perdavimo galimybė. 	
Triukšmingumo lygis	Ne daugiau kaip 60 dB	
Filtro konstrukcija	Randasi priekyje, apatinėje dalyje	
Galimi priedai	Galimybė ateityje papildomai įsigyti ne mažiau kaip 24 vnt. išvažiuojančių stalčių formato stovus, kurie bendrai talpina ne mažiau kaip 500 vnt. (ne mažiau kaip 50 mm aukščio) dėžučių.	
Maitinimas	230V ± 10 %, 50 Hz	
Sertifikavimas	<ul style="list-style-type: none"> • Prietaisas turi turėti CE sertifikatą, arba EB deklaraciją, arba kitą lygiavertį dokumentą. Pateikti dokumentą kartu su prietaisu. • Tiekėjas privalo būti tiesiogiai įgaliotas (tarpinės įmonės perigaliojimas nėra tinkamas) gamintojo parduoti siūlomą prietaisą arba visą gamintojo asortimentą. Pateikti įrodantį dokumentą. • Tiekėjas privalo būti akredituotas pagal ISO 9001:2015 bei ISO 14001:2015, arba lygiaverčius standartus. Pateikti sertifikatus. 	
Naudojimo instrukcija	Lietuvių arba anglų kalba.	
Garantija	Ne trumpesnė kaip 12 mėn.	

13. Šaldytuvas

Parametras	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
Prietaisas	<i>Nurodyti gamintoją ir modelį</i>	
Talpa	Ne mažiau kaip 375 litrai	
Orientacija	Vertikali	
Temperatūros nustatymo diapazonas	Ne siauresnis kaip nuo +2°C iki +8°C.	
Išoriniai šaldiklio matmenys (PxGxA)	Ne didesni kaip 600x700x1850 mm	
Vidiniai kameros matmenys (PxGxA)	Ne mažesni kaip 500x450x1630 mm	
Svoris	Ne daugiau kaip 135 kg	
Kamera ir išorinis korpusas	Pagaminti iš plastiku dengtu galvanizuoto plieno arba nerūdijančio plieno. Kameros kampai turi būti suapvalinti.	
Lentynos kameroje	Ne mažiau kaip 6 reguliuojamo aukščio	

UAB „EXOLITUS“

(Uždaroji akcinė bendrovė, Kaunas, Savanorių pr. 246-51, tel. nr.: +37066409669, el paštas: aiste.jekabsone@exolitus.com, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie pirkėją - Registrų centras, UAB „Exolitus“, įmonės kodas 305464858, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas 100014741314)

	lentynos	
Lentynų išmatavimai (PxG)	Ne mažiau kaip 450x390 mm	
Termoizoliacija	<ul style="list-style-type: none"> • Izoliacijos storis ne plonesnis kaip 45 mm; • Be CFC. 	
Durys	<ul style="list-style-type: none"> • Vientisos, savaimė užsidarančios (neužsidaro, jeigu atidarytos daugiau kaip 95 laipsniai); • Su užraktu; • Oro cirkuliacijos sustabdymas atidarius durys. 	
Valdymas	Lietimams jautrus ekranas, temperatūros nustatymo žingsnis (angl. precision) ne daugiau kaip 0,1°C	
Apšvietimas	LED arba lygiavertis	
Kojelės	Su galimybe reguliuoti aukštį iki 20 mm	
Elektros galingumas	Ne didesnės kaip 250 W	
Aliarmų sistema	<p>Akustiniai ir vizualūs, ne mažiau kaip:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasiiektų temperatūrų ribų (max/min) aliarmas; • Daviklio gedimo aliarmas; • Atidarytų durų aliarmas; • Aliarmo signalo distancinio perdavimo galimybė. 	
Tinkamos sąlygos	Prietaisas tinkamas naudoti, esant aplinkos temperatūrai ne mažiau kaip 30°C	
Atšildymo funkcija (angl. „defrost“)	<ul style="list-style-type: none"> • Automatinė; • Garintuvas privalo būti padengtas antikorozine epoksidine danga. 	
Maitinimas	230V ± 10 %, 50 Hz	
Sertifikavimas	<ul style="list-style-type: none"> • Prietaisas turi turėti CE sertifikatą, arba EB deklaraciją, arba kitą lygiavertį dokumentą. Pateikti dokumentą kartu su prietaisu. • Tiekėjas privalo būti tiesiogiai įgaliotas (tarpinės įmonės perigaliojimas nėra tinkamas) gamintojo parduoti siūlomą prietaisą arba visą gamintojo asortimentą. Pateikti įrodantį dokumentą. • Tiekėjas privalo būti akredituotas pagal ISO 9001:2015 bei ISO 	

UAB „EXOLITUS“

(Uždaroji akcinė bendrovė, Kaunas, Savanorių pr. 246-51, tel. nr.: +37066409669, el paštas: aiste.jekabsone@exolitus.com, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie pirkėją - Registrų centras, UAB „Exolitus“, įmonės kodas 305464858, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas 100014741314)

	14001:2015, arba lygiaverčius standartus. Pateikti sertifikatus.	
Naudojimo instrukcija	Lietuvių arba anglų kalba.	
Garantija	Ne trumpesnė kaip 12 mėn.	

14. Mikroskopas

Parametras	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
Prietaisas	<i>Nurodyti gamintoją ir modelį</i>	
Paskirtis	Invertuotas, skirtas vizualizuoti augančias prokariotines ir eukariotines ląsteles. Privalo turėti šviesaus lauko, tamsaus lauko ir fazių kontrasto stebėjimo režimus.	
Okuliaro tipas	Trinokuliaras	
Mikroskopo pasvirimo kampas	Fiksuotas, pasvirimas ne didesnis nei 45°.	
Atstumo tarp vyzdžių keitimas	Ne mažiau 650 mm (reikalaujamas matmuo nurodytas, įvertinus papildomos įrangos, kurią numatoma talpinti laminare, aukštį)	
Okuliarai	Plataus stebėjimo lauko okuliaras. Didinimas ne mažesnis nei 10x, regos laukas ne mažiau 24 mm. Būtinai dioptrijų reguliavimas.	
Revolveris	Skirtas ne mažiau kaip 5 objektyvams, bei dvikryptė revolverio rotacija su rutulinių guolių bei pasirinkto objektyvo fiksacija.	
Objektyvai	Didelio darbinio atstumo, ne žemesnės nei plan achromatinės klasės objektyvai su begalybės korekcija, atitinkantys DIN, visi objektyvai apdoroti antigrybeline medžiaga, skirti dirbti esant dideliame darbinio atstumui: 10x, skirtas fazių kontrastui, skiriamoji geba N.A. ne mažiau 0,25, darbinis atstumas ne mažesnis nei 7,5 mm; 20x, skirtas fazių kontrastui, skiriamoji geba N.A. ne mažiau 0,4, darbinis atstumas ne mažesnis nei 7 mm.	
Fokusavimas	Koaksialiniai greito (grubaus) ir lėto (tikslaus) fokusavimo sraigtai, lėto fokusavimo padalos skiriamoji geba ne mažiau nei 2 μm. Reguliuojamas fokusavimo stabdis (stalo aukščio ribotuvai) ir reguliuojamas fokusavimo pasipriešinimas.	

UAB „EXOLITUS“

(Uždaroji akcinė bendrovė, Kaunas, Savanorių pr. 246-51, tel. nr.: +37066409669, el paštas: aiste.jekabsone@exolitus.com, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie pirkėją - Registrų centras, UAB „Exolitus“, įmonės kodas 305464858, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas 100014741314)

Kondensorius	<ul style="list-style-type: none">• Mikroskopas turi turėti reguliuojamo aukščio kondensorių, kurio N.A. (skaitmeninė apertūra) ne mažesnė nei 0,5, o darbinis atstumas ne mažesnis nei 25 mm.• Turi būti numatyta galimybė lengvai nuimti kondensorių padidinant darbini atstumą iki ne mažiau nei 220 mm.• Kondensorius turi turėti slankiklį su ne mažiau, kaip 3 pozicijomis:<ol style="list-style-type: none">1) Šviesaus lauko (Bright Field)2) 4x/10x3) 20x/40x	
Stalelis	<p>Stalelio matmenys ne mažesni nei 210 mm x 250 mm. Stalelis turi turėti vedlį mėginio XY pozicionavimui. Eiga X kryptimi ne mažesnė nei 120 mm, Y ne mažesnė nei 80 mm.</p> <p>Stalelis turi būti pritaikytas darbui su objektiniais stikleliais, Petri lėkštelėmis ir ląstelių kultūrų indais.</p>	
Apšvietimo sistema	<p>Kolerio tipo arba lygiavertis apšvietimas. Ne mažiau kaip 8W LED arba lygiavertis. Šviesos šaltinio gyvavimo laikas ne trumpesnis nei 65 000 val.</p>	
Komplektacija	<p>Naudojimosi instrukcija lietuvių arba anglų kalba, apsauginis gaubtas nuo dulkių, žalias šviesos filtras.</p>	
Kamera	<ul style="list-style-type: none">• Mikroskopas privalo būti sukomplektuotas su kamera, kuri yra pilnai suderinama su siūlomu mikroskopu.• Būtina spalvota kamera, kurios skiriamoji geba ne mažesnė nei 2550x1940 pikselių.• CMOS arba lygiavertis sensorius• Sensoriaus dydis ne mažesnis nei 1/1.8”• Pikselio dydis 2,5x2,5 μm ±0,1 μm• Kameros G jautrumas ne mažesnis nei 1100 mV prie 1/30s• Ekspozicijos laikas ne siauresniame intervale nei 0,05 – 900 msek.	

UAB „EXOLITUS“

(Uždaroji akcinė bendrovė, Kaunas, Savanorių pr. 246-51, tel. nr.: +37066409669, el paštas: aiste.jekabsone@exolitus.com, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie pirkėją - Registrų centras, UAB „Exolitus“, įmonės kodas 305464858, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas 100014741314)

	<ul style="list-style-type: none">• Būtinasis IR filtras, kurio bangos ilgių intervalas ne siauresnis nei 380 – 650 nm• Būtinasis šios duomenų išvestys: SD kortelė, HDMI, WiFi.• HDMI skiriamoji geba ne mažiau nei 2 MP ir ne mažiau nei 60 fps esant 1920x1080 rozoliucijai• Kartu su kamera privalo būti pateiktas HDMI laidas, SD kortelė, kurios talpa ne mažesnė nei 16 GB, kalibracinė plokštelė ir programinė įranga• Kameros matmenys ne didesni nei 70x80x90 mm• Svoris ne didesnis nei 0,5 kg	
Svoris	Ne didesnis nei 10 kg	
Matmenys	Ne didesni nei 300x600x550 mm (PxGxA)	
Garantija	Ne trumpesnė nei 12 mėnesių	

UAB „EXOLITUS“

(Uždaroji akcinė bendrovė, Kaunas, Savanorių pr. 246-51, tel. nr.: +37066409669, el paštas: aiste.jekabsone@exolitus.com, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie pirkėją - Registrų centras, UAB „Exolitus“, įmonės kodas 305464858, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas 100014741314)

Priedas Nr. 2

**PASIŪLYMAS
DĖL LABORATORINĖS ĮRANGOS NUOMOS PASLAUGŲ PIRKIMO**

20 - -
_____ *data*

_____ *Vieta*

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso skelbime, paskelbtame *svetainėje www.esinvesticijos.lt 2025-04-03*.
- 2) konkurso sąlygose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias paslaugas:

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Mato vieneto kaina Eur be PVM	Kaina EUR be PVM (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Laboratorinės įrangos nuoma	1	vnt.		
2.	Laboratorinės įrangos nuoma	1	vnt.		
3.	Laboratorinės įrangos nuoma	1	komplektas		
Pasiūlymo kaina EUR be PVM (6 stulpelio reikšmių suma)					
PVM (pildoma, jei taikoma)*					
Pasiūlymo kaina EUR su PVM					

Pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais: _____.

*Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____

UAB „EXOLITUS“

(Uždaroji akcinė bendrovė, Kaunas, Savanorių pr. 246-51, tel. nr.: +37066409669, el paštas: aiste.jekabsone@exolitus.com, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie pirkėją - Registrų centras, UAB „Exolitus“, įmonės kodas 305464858, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas 100014741314)

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil.Nr.	Paslaugų techniniai rodikliai	Siūlomos konkrečios rodiklių reikšmės
1	Paslaugos teikimo laikotarpis	6 mėn
2	Garantijos laikotarpis	6 mėn
3	Techninė pagalba	Pagal poreikį, iki 1 karto/mėn
4	Pristatymo ir įrengimo sąlygos	Pristatymas, įrengimas ir mokymai 1 kartą

Jeigu pirkėjas pagal konkurso sąlygas reikalauja, kad tiekėjas savo pasiūlyme nurodytų, kokius subteikėjus, subteikėjus ar subrangovus jis ketina pasitelkti, šioje vietoje turi būti įterpta lentelė jiems nurodyti.

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas	Subteikėjo juridinio asmens kodas, adresas
1.		
2.		
...		

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymas galioja iki 20 ___ - ___ - ___ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad nebuvo nuslėpta jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad atitinku pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos

parašas

Vardas Pavardė